



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATENDIMENTO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais destinados ao atendimento das necessidades operacionais da Prefeitura Municipal de Unai-MG

A interessada questiona o seguinte:

1 – Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio, venho respeitosamente solicitar esclarecimento em relação ao Edital supracitado, segue abaixo os nossos questionamentos: TRANSDUTOR LINEAR ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIAS DE 5,0 A 12,0 MHZ, COM 50 MM DE SEÇÃO; Será aceito TRANSDUTOR LINEAR ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIAS DE 5,0 A 12,0 MHZ, COM 40 MM DE SEÇÃO; TRANSDUTOR CONVEXO ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIA DE 2,0 A 8,0 MHZ; Será aceito TRANSDUTOR CONVEXO ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIA DE 2,0 A 6,0 MHZ; TGC DIGITAL COM AJUSTE PELA TELA DE TOUCH SCREEN E POSSIBILITAR O USUÁRIO SALVAR OS AJUSTES DO TGC PERMANECENDO PREDISPOSTO A UM TOQUE, PERMITIR SALVAR NO MÍNIMO 3 PROGRAMAÇÕES DE AJUSTE DO TGC; Será aceito; TGC DIGITAL COM AJUSTE PELA TELA DE TOUCH SCREEN E POSSIBILITAR O USUÁRIO SALVAR OS TGC DIGITAL COM AJUSTE PELA TELA DE TOUCH SCREEN E POSSIBILITAR O USUÁRIO SALVAR OS AJUSTES DO TGC PERMANECENDO PREDISPOSTO A UM TOQUE, PERMITIR SALVAR NO MÍNIMO 3 PROGRAMAÇÕES DE AJUSTE DO TGC ou TGC físico; Justificativa: A descrição do TGC digital ou TGC analógico físico não interfere diretamente na qualidade diagnóstica nem tão pouco na visualização dos exames para laudo, desta forma não diminui as atribuições de funcionamento do equipamento

Pois bem, o questionamento foi encaminhado à Secretaria de Saúde, mais precisamente o técnico responsável pela solicitação, que nos respondeu o seguinte. *ipsis litteris*:

- Primeiramente gostaríamos de esclarecer que as especificações dos aparelhos de ultrassom são fruto do parecer da equipe médica do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/ Secretaria Municipal de Saúde. E que cada fabricante por possuir um portfólio de produtos deve se atender o edital conforme solicitado, ofertando sua solução.
- ITEM 1: Equipamento de ultrassom



**PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS**

- **1. Solicita o edital:**
- 1) TRANSDUTOR LINEAR ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIAS DE 5,0 A 12,0 MHZ, COM 50 MM DE SEÇÃO;
- SERÁ ACEITO TRANSDUTOR LINEAR ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIAS DE 5,0 A 12,0 MHZ, COM 40 MM DE SEÇÃO?
- **RESPOSTA: Indeferido!**
- **Justificativa:** A largura da seção da membrana do transdutor linear permanece conforme edital. A largura de 50mm da membrana do transdutor ratificada pela equipe médica levando em conta a performance desta característica nos exames de mama.
- **2. Solicita o edital:**
- SOLICITAMOS 04 TRANSDUTORES ABRANGENDO AS FAIXAS INDICADAS. IREMOS ACEITAR PARA A BANDA DE FREQUÊNCIA APENAS UMA VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 01 MHZ PARA CIMA OU PARA.
- 2) TRANSDUTOR CONVEXO ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA COM FREQUÊNCIA DE 2,0 A 8,0 MHZ;
- **Indeferido! Justificativa:** Já está explícita a variação de “+” ou “-” de 1MHz. Variação está admitida para a faixa da banda larga dos transdutores ratificada pela equipe médica.
- **3. Solicita o edital:**
- TGC DIGITAL COM AJUSTE PELA TELA DE TOUCH SCREEN E POSSIBILITAR O USUÁRIO SALVAR OS AJUSTES DO TGC PERMANECENDO PREDISPOSTO A UM TOQUE, PERMITIR SALVAR NO MÍNIMO 3 PROGRAMAÇÕES DE AJUSTE DO TGC.
- **Indeferido! Justificativa:** Não será aceito TCG com ajuste através de botões mecânicos. A equipe médica ratificou e quer o TGC Digital, ajustado pela Tela de Toque. E que eles possam gravar ajustes diferentes do TCG e que possam ser acionados através da tela de Toque. Esta usabilidade traz agilidade e ganho de produtividade visto que cada médico possui sua preferência de ajustes TGC.
- A equipe técnica reprovou o uso de TGC físico por histórico com os problemas que os mesmos apresentam com uso do equipamento. Segue para o vosso conhecimento.
- Sem mais para o momento, coloco-me ao dispor de Vossa Senhoria, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



**PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Unai-MG, 5 de junho de 2023.

Ericlis Yan Fernandes dos Santos
Pregoeiro