



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETIVO

Aquisição de Equipamentos destinados à Atenção Ambulatorial Especializada.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação está alinhada com o planejamento do setor de Coordenação da Atenção Ambulatorial Especializada e com a competência da Secretaria Municipal de Saúde. O Setor tem a finalidade de coordenar, organizar e suprir com equipamentos necessários para que os profissionais exerçam suas respectivas funções.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas do processo correrão por conta da dotação orçamentária 02.06.20.10.302.2061.1445.4.4.90.52.00 (950), Fonte 2.621.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A tabela abaixo expressa as especificações gerais, quantitativos e valores médios de mercado para os materiais requeridos. Os valores citados na tabela foram extraídos da média atual do preço de mercado.

PEÇAS					
ITEM	Descrição	Un.	Qt.	Valor estimado (R\$)	
				V. Unit	V. total
1	DEA - Formato de Onda bifásico de curva de pulsação, saída autocompensadora que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. Opções de energia Adulto: Choque 1: 150J, 2: 150J,	Un	01	10.931,66	10.931,66



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

	3:200J Criança: Choque 1:50J, 2:50J,3: 50J.DIMENSÕES FISICAS:20cmX18,4cmX4, 8cm.PESO:1,1KG com a bateria ISSO 60061-2-4. Samaritan® PAD 350P HeartSine				
2	BALANCA ANT ELETRONICA ADULTO 200 kg Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Capacidade MAX 200kg, divisões 100g, Tapete em borracha anti derrapante, pés reguláveis em borracha sintética,Display de LED com 6 Dígitos.Função TARA até capacidade Maxima,garantidaHomologadas pelo INMETRO e IPEM		01	3.174,33	3.174,33
3	BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA 30KG C/ CONCHA PVC BABY Capacidades 30 kg; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;Display de LED com 6 dígitos, Estrutura interna em Aço Carbono, pes reguláveis em borracha sintética, função TARA até a capacidade máxima da balança,Homologadas pelo INMETRO e IPEM; DIMENSÕES:A 14,2mmX8,1mm		01	1.164,33	1.164,33
4	COLPOSCOPIO BINOCULAR (6x 10x 16x 25x 40x)modelo fixo em pedestal com rodízios; eestrutura construída em aço e tratamento anti ferrugem; pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto ou ABS injetado; Alimentação elétrica selecionável 110-220V; Fusível contra sobrecarga da rede elétrica.DIMENSÕES: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM.Iluminação através de LED,Regulagem da intensidade de luz;PESO LÍQUIDO: 15 KG. MEDPEJ PE 7000 VR		01	23.463	23.463
5	Monitor Fetal MF 9200 PLUS CARDIOTOCOGRAFIA Computadorizada;Marcador de movimento fetal automático e		01	15.376,66	15.376,66



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

	<p>manual, Tela de 12.1" Polegadas TOUCH SCREEN; Alarmes ajustáveis de monitorização do TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia; Alimentação Full-range: 100V – 240V +/- 10% 50-60 Hz, Potência 70VA / 35W; Grau de proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Dimensão do equipamento: 235 mm (C) X 300 mm (L) X 80 mm (A); Impressora térmica interna de alta definição com três velocidades de impressão: 1, 2 e 3 centímetros/minuto; Podem ser impressos em média, 24 exames de 30 minutos cada; Alarme para a falta de papel na impressora; Papel de impressão: 152 mm; Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para dar maior sensibilidade de uso; Geração de laudo nos métodos: Krebs e Fischer. Registro ANVISA</p>				
6	<p>DETECTOR FETAL SONAR MODELO PORTATIL; alimentação bateria interna 9V; saída para fone de ouvido, desligamento automático; controle digital de volume; interface com DISPLAY LCD para mostrar os batimentos do coração do feto; feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente); Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm; Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente); Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm; Potência ultrassônica: < 5mW/cm²; Gabinete e transdutor injetados em material ABS; Suporte lateral para aporte do transdutor; Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm; Peso líquido 0,565</p>	01	828,89	828,89	



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

	Kg.				
7	FOCO CLINICO BIVOLT AUTOMATICO, LAMPADA LED POTENCIA 6WATTS; haste flexível cromada; não contem bateria; contem 05 rodizios, pintura epóxi. Dimensoes:138X45X45; altura regulagem de 1,10 a 1,40; Peso 3kg		02	1.026	2.052,00
8	MESA GINECOLÓGICA ELETRICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA: Subida, Descida, Encosto e Perneira;Placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127 V/220V;Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho (memorizável) e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia;Sistema volta a zero e posição de trabalho;Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência.Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado;Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal até 320mm e vertical em até 420mm, estofado na cor;Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320mm, estofado na cor;Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência.Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo;Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência.Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência. Estofamento PU injetado na cor é revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e revestido em PVC cristal; Chave geral liga e desliga bipolar; fusível externo de segurança;		01	16.856,33	16.856,33



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

	Estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão; Movimentos através de moto-redutor isento de óleo. Altura Mínima: 0,65 m; Altura Máxima: 1,05 m; Largura total útil: 0,60 m; Comprimento Total (Posição Mesa): 1,70 m; Capacidade de Carga Total: 250 kg; Peso Líquido: 120 kg.				
9	PURIFICADOR DE ÁGUA ACESSÍVEL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MOBILIDADE REDUZIDA; adequado a norma ABNT-NBR 9050:2015 e o Decreto 5296/2004 e pode ser utilizado em áreas internas e externas; Teclas em Braille; Jato para boca; Protetor bucal flexível; Regulagem do jato de água; Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias; Elimina odores; Elimina sabores; Retém micropartículas presentes na água; Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata; Tampo em aço inox 304 escovado; Dreno para limpeza; Ralo sifonado. Motor hermético; Tensão 127 ou 220w;		01	5.165,66	5.165,66
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Função: Impressão / Cópia / Scanner / Fax Velocidade de Impressão (A4 / Carta): 40 / 42 ppm Gaveta Padrão: 250 Folhas e Bandeja Manual 100 Folhas Tamanho de Papel: Até Ofício (216 x 356mm) Saída de Papel: 150 Folhas Requisitos de energia: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz Potência (Watts): 510w (operação), 7.5w (Pronto), 0.9w (sleep) Dimensões (L x P x A): Min. 420 x 390 x 323mm Max. 430 x 634 x 325 mm. HP		02	4.101	8.202,00
Valor total					R\$ 86.674,86



PREFEITURA DE UNAÍ
Secretaria Municipal de Saúde

VIGÊNCIA

Os materiais acima mencionados serão utilizados no setor de Equipes da Atenção Ambulatorial Especializada durante o exercício 2023/2024.

RECEBIMENTO DO OBJETO

A fiscalização do contrato será exercida pelo setor de Coordenação de Saúde Ambulatorial Especializada.

O recebimento só será realizado por representante do setor de Coordenação de Saúde Ambulatorial Especializada.

Os objetos deverão ser entregues, novos, no âmbito da cidade de Unaí. Frete CIF. A vencedora é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos itens do objeto adquirido, bem como o acesso às fontes de informação que forem julgadas necessárias.


O setor de Coordenação de Saúde Ambulatorial Especializada reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste termo de referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

O prazo de entrega do objeto deverá ser no Máximo de 10 dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das atividades do Departamento solicitante.

CONDIÇÕES GERAIS

A inobservância pela vencedora ao prazo e/ou às condições descritas neste termo de Referência implicará na aplicação das sanções administrativas estabelecidas.


Mat.: 117783
Atenção Ambulatorial Especializada