



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ficha: 999
Fonte: L 604

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 99/2024

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO/ PRONTO ATENDIMENTO DOMINGOS DANTAS.

1.2. Data prevista para conclusão do processo de aquisição

ESTIMATIVA IMEDIATA.

1.3. Descrição sucinta do objeto

Atender as despesas com aquisição de VIDEO LARINGOSCÓPIO, para atender as necessidades da Unidade de Terapia Intensiva-UTI do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/Pronto Atendimento Domingos Dantas. Seguem anexos os orçamentos.

Prioridade

Prioridade alta.

1.4. Justificativa de prioridade

Justifica-se a prioridade, porque, com a aquisição do equipamento de Vídeo Laringoscópio para o Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/Pronto Atendimento Domingos Dantas, será de grande valia, pois, a principal recomendação para o uso desse equipamento é quando existe a necessidade de realizar uma intubação endotraqueal. Trata-se de um item que facilita bastante o processo e diminui o tempo necessário para a sua execução.

O vídeo laringoscópio é um equipamento utilizado para visualizar, em tempo real, as vias áreas de um paciente e suas respectivas características. Isso acontece graças ao uso de uma câmera em sonda, que alcança as cordas vocais e a região adjacente. Seu uso, inclusive, é bastante prático no caso de intubações de emergência.

1.5. Justificativa da necessidade

Justifica-se a necessidade, para atender a RESOLUÇÃO SES Nº 9.333, 08 DE FEVEREIRO DE 2024, que autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento para a Implantação da Política de Estruturação da Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde e municípios de Minas Gerais que menciona.



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

2. Materiais a serem adquiridos

2.1. Materiais

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	<p><u>VIDEO LARINGOSCÓPIO</u></p> <p>Vídeo Laringoscópio com no mínimo duas lâminas (curva ou reta) reutilizáveis, com câmera de 2 Mega Pixels, monitor de alta resolução e visão completa. Ótica ante embaçante. Nítida visão da estrutura da glote. Design ergonômico portátil. Ângulo de giro completo da vista cheia (acima /abaixo / deixado / direto) exposição colorida do sem brilho de 3,5". Botão Instantâneo. Função de vídeo de alta resolução com cartão de memória interno mínimo de 4 GB. Lâminas de aço inoxidável fáceis para esterilização pelo peróxido de hidrogênio, gás plasma / liquido de limpeza e reutilização por 1000 vezes. Chip de câmera CMOS, LUZ LED. Cabo com design ergonômico feito de material com ação antimicrobiana, e com pega firme. Micro USB para recarga / upload de arquivos. Especificações técnicas: - Display LCD LED de 3.5"com resolução de 640 x 480 (RGB), formato (proporção) de 4:3 e 30 frames por segundo - Câmera (incluída) com resolução de 2.0 Mega Pixels, ângulo de abertura de 66°, iluminância = 8.000 LUX - Bateria recarregável de Lítio 3.7V – 3.200 mAh, tempo de trabalho = 200 minutos e quantidades de recargas superior a 300 vezes e tempo de recarga de 8 Hrs - Carregador com porta de carregamento micro USB, entrada de alimentação 100- 250V - 60/50 Hz e tensão de saída de 5V, 1000 mA. - Memória interna tipo cartão de mínimo 4 Gb - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Kit formado por: - 01 Cabo Médio; - 02 ou mais Lâmina Reutilizável Curva ou reta tamanho 2, 3 e/ou 4. - 01 Carregador de Bateria Bivolt; - 01 Estojo médio rígido; Todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao pleno funcionamento e conservação solicitados para o equipamento. II - Normalização: Apresentar certificado de registro no ministério da saúde (ANVISA). Conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1 / IEC 601-1. A instalação do equipamento é de total responsabilidade da empresa fornecedora, assim como os testes para assegurar o seu pleno funcionamento, inclusive quanto ao atendimento as normas vigentes. Garantia e manutenção: Mínima de 12 (doze) meses a partir do aceite definitivo contra defeitos de fabricação. Assistência técnica é de responsabilidade solidária do</p>	01 un.	R\$ 20.033,33...	R\$ 20.033,33...



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

	detentor do registro, diretamente pelo fabricante, sua filial, seu representante ou empresa por ele autorizada. Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento.			
Valor Total		R\$ 20.033,33...		

3. Responsáveis pela aquisição

Ordem	ID	Nome	Cargo/Função	Despacho
	Matrícula nº 117990	Sibelle Lourenço de Brito	Diretora Administrativa do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado.	

4. Acompanhamento da aquisição

Ordem	Descrição	Responsável	Data
		Almoxarifado da Secretaria de Saúde de Unaí-MG e Direção Administrativa do HMU.	Durante todo o processo licitatório.

5. Assinaturas dos responsáveis:

DFD finalizado em: Unaí-MG, 30 de JULHO de 2024. Sibelle Lourenço de Brito Diretora Administrativa/HMU.	De acordo, encaminhe-se p/análise e providências. Denise Aparecida de Oliveira Secretária Municipal de Saúde
---	--